



# 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



扫一扫验真伪  
2GB21072391720-0004

证书编号:  
Certificate No.



委托方:  
Client 广东产品质量监督检验研究院

委托方地址:  
Address 广州市黄埔区科学大道10号

仪器名称:  
Description 电子烟电池挤压测试机

型号/规格:  
Model/Type FH-JY050

制造厂商:  
Manufacturer 东莞飞弘仪器设备有限公司

出厂编号:  
Serial No. JY050-001 管理号:  
Asset No. /

样品接收日期:  
Date of Receipt 2021-07-29  
Y M D

结果:  
Conclusion 按实测结果使用,见报告内页(Use according to the measured results, See the page of the report)

校准日期:  
Date of Calibration 2021-07-29 Y M D 建议下次校准日期:  
Due Date 2022-07-28 Y M D

校准:  
Calibration by 曹镇泉

审核:  
Inspected by 林文辉

授权签字人:  
Approved Signatory 方文潮 (总经理)



本实验室地址: 广东省广州市番禺区石碁镇农科所南街8号

Address: No.8.South Street Shiji Institute Guangzhou.Guangdong.China

联系电话(Tel): 020-31134076

投诉电话(CT): 020-31104772

传真(Fax): 020-31134076

邮政编码(Post): 511400

公司网址(Web): www.lisaitest.com

电子邮件(E-mail): cal@lisaitest.com



# 校准说明

## DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号:  
Certificate No.



2GB21072391720-0004

本机构质量管理体系符合ISO/IEC17025标准要求。

The quality system is in accordance with ISO/IEC17025.

1. 证书内页中"P"代表"合格","F"代表"不合格","N/A"代表"不适用"。

In the datasheet,"P" represents "Pass" and "F" represents "Fail" and "N/A" represents "Not Applicable".

2. 本证书编号具有唯一性, 后缀若带有"A~Z"的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。

Each certificate has a unique number, The suffix of "A~Z" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.

3. 环境条件。(Environmental condition during the calibration).

温度(Temperature): 22°C 相对湿度 (Relative Humidity): 58 %

4. 校准地点。(Place of the Calibration).

客户现场(308轻工室)

5. 被校准仪器限制使用条件。(Limiting condition of the instrument Calibration).

-----

6. 本次校准的技术依据。(Reference documents for the Calibration).

JJG 139-2014 拉力、压力和万能试验机检定规程 V.R. of Universal Tension and Compression Testing Machine

JJF(力赛) 35 产品检验用检具校准规范 C.S. of inspection tools for product inspection

7. 本次校准使用的主要计量标准器具。(Main standards of measurement used in the Calibration).

名称 Description	出厂编号 Serial No.	证书号/有效期 Certificate No./ Due Date	溯源机构 Traceability Institute	技术特征 Technique Character
数显卡尺	K15E295129	3GC21020163584-0830 / 2022-02-19	广州力赛计量检测有限公司	U=0.01mm (k=2)
标准测力仪	1392	3GC20090138960-1774 / 2021-09-03	广州力赛计量检测有限公司	Urel=0.08%.k=2





# 广州力赛计量检测有限公司

Guangzhou LiSai Calibration and Testing Co., Ltd



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L7127

证书编号:  
Certificate No.



2GB21072391720-0004

1、外观以及一般性检查: 正常  
In view of External and Generality check : Pass

## 2、力值(Force):

标准值 Reference (kN)	平均示值 Average (kN)	误差 Error (%)	不确定度 Uncertainty (%)	允许误差 MPE (%)	结论 Conclusion (Pass/Fail)
100	100	0.0	0.4	± 1	P
200	200	0.0	0.4	± 1	P
300	299	-0.3	0.4	± 1	P
400	399	-0.2	0.4	± 1	P
455	454	-0.2	0.4	± 1	P



## 3、钢板尺寸校准:

Steel plate size calibration:

标准值 Reference (mm)	实测值 Measured (mm)	误差 Error (mm)	不确定度 Uncertainty (mm)
254.00	257.24	3.24	0.03
102.00	105.93	3.93	0.03

附: 关于测量结果不确定度的说明:

appendix: Directions of uncertainty in the calibration

1.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

2.测量结果扩展不确定度 (Expanded uncertainty of the measurement results)

k=2

-----以下空白(The below is blank)-----