



校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE



扫一扫验真伪
2GB21072391720-0003

证书编号:
Certificate No.

委托方: 广东产品质量监督检验研究院
Client

委托方地址: 广州市黄埔区科学大道10号
Address

仪器名称: 电子烟跌落试验机
Description

型号/规格: FH-Y3117
Model/Type

制造厂商: 东莞飞弘仪器设备有限公司
Manufacturer

出厂编号: 001 管理号: /
Serial No. Asset No.

样品接收日期: 2021-07-29
Date of Receipt Y M D

结果: 所校准项目合格(Passed at Calibration Items)
Conclusion

校准日期: 2021-07-29 建议下次校准日期: 2022-07-28
Date of Calibration Y M D Due Date Y M D

校准: 曹镇泉
Calibration by

审核: 林文辉
Inspected by

授权签字人: 方文潮 (总经理)
Approved Signatory



本实验室地址: 广东省广州市番禺区石碁镇农科所南街8号

Address: No.8.South Street Shiji Institute Guangzhou.Guangdong.China

联系电话(Tel): 020-31134076

投诉电话(CT): 020-31104772

传真(Fax): 020-31134076

邮政编码(Post): 511400

公司网址(Web): www.lisaitest.com

电子邮件(E-mail): cal@lisaitest.com



校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号：
Certificate No.



2GB21072391720-0003

本机构质量管理体系符合ISO/IEC17025标准要求。

The quality system is in accordance with ISO/IEC17025.

1. 证书内页中"P"代表"合格","F"代表"不合格","N/A"代表"不适用"。

In the datasheet,"P" represents "Pass" and "F" represents "Fail" and "N/A" represents "Not Applicable".

2. 本证书编号具有唯一性, 后缀若带有"A~Z"的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。

Each certificate has a unique number, The suffix of "A~Z" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.

3. 环境条件。(Environmental condition during the calibration).

温度(Temperature): 22°C 相对湿度 (Relative Humidity): 56 %

4. 校准地点。(Place of the Calibration).

客户现场(负1楼动力电池室)

5. 被校准仪器限制使用条件。(Limiting condition of the instrument Calibration).

6. 本次校准的技术依据。(Reference documents for the Calibration).

JJG(蒙) 013-2009 水泥包装袋跌落试验机检定规程 V.R. of Drop Test Machine for Cement Sacks

7. 本次校准使用的主要计量标准器具。(Main standards of measurement used in the Calibration).

名称 Description	出厂编号 Serial No.	证书号/有效期 Certificate No./ Due Date	溯源机构 Traceability Institute	技术特征 Technique Character
钢卷尺	692633800121 9	3GC21050777676-0459 / 2022-05-11	广州力赛计量检测有限公司	I级





广州力赛计量检测有限公司

Guangzhou LiSai Calibration and Testing Co., Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7127

证书编号:
Certificate No.



2GB21072391720-0003

1、外观以及一般性检查: 正常
In view of External and Generality check : Pass

2、跌落高度校准:
Drop height calibration:

标准值	实测值	示值误差	不确定度	允差	结论
Nominal	Measured	Error	Uncertainty	MPE	Conclusion
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Pass/Fail)
1000	999	1	5	± 20	P
1200	1199	1	6	± 24	P
1500	1498	2	8	± 30	P

备注: 允差按客户要求

附: 关于测量结果不确定度的说明:

appendix: Directions of uncertainty in the calibration

1.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

2.测量结果扩展不确定度 (Expanded uncertainty of the measurement results)

k=2

-----以下空白(The below is blank)-----

